

管理医療機器

鏡視下筋刺激装置

AM-140

一般の名称：診断用神経筋電気刺激装置

認証番号：305ADBZX00057000

※画像は3Dイメージです。



- 電 源：内部電源 単三電池 4本使用 DC6V
- 製 品 構 成：① 本体 AM-140 (外形 縦220mm×横120mm×高さ70mm)
 - ② 手持型双極性電極 (EOG滅菌済み/単回使用)
 - A. 手持型双極性電極S(先端電極3mm)径φ4mm
 - B. 手持型双極性電極L(先端電極7mm)径φ4mm
 - ③ 電極ケーブル (ケーブル長：3m、要滅菌 10回使用可)
 - ④ フットスイッチ (ケーブル長：3m)
 - ⑤ ポール固定用クランプ (オプション)
- 出 力：定電流方式・単層性波形 最大値(2/20/40/60/80/100/120/140mA)
- 対応インピーダンス：100～1000Ω



① AM-140 本体



② 手持型双極性電極



③ 電極ケーブル



④ フットスイッチ

CME

医療機器製造販売業者

株式会社コスミック エム イー
〒333-0848 埼玉県川口市芝下2-31-3
TEL：048-268-9811 / FAX：048-269-0845

<http://www.cme.co.jp>